

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i środowisko w Pracowni Rentgenowskiej Biały sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 21, 34-600 Limanowa

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.

Pracownia Diagnostyki Obrazowej na podstawie Decyzji Nr 1/137/2019 uzyskała zezwolenie na uruchomienie pracowni rentgenowskiej do celu diagnostyki medycznej w jednostce organizacyjnej pn.: Biały Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 21 34-600 Limanowa, w której zainstalowane są następujące typy aparatów rtg:

1.Aparat Stomatologiczny Pantomograficzny / CBCT / CS 8100 3D stacjonarny uruchomiony na podstawie decyzji Nr 2/143/2019 wydanej przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Stacjonarny

2.Aparat Stomatologiczny punktowy stacjonarny CS 2100 uruchomiony na podstawie decyzji Nr 2/143/2019 wydanej przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierza środowiskowego

Zmierzona dawka efektywna nie została przekroczona w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych;

Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/

Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.